

仕 様 書

第1 総 則

この仕様書は、阿賀野市消防本部が購入する除細動器について必要な事項を定める。

第2 規格・数量等

各品目の仕様等については以下のとおりとする。

1 設置車両

阿賀野救急1（新潟800 す 7292）

2 整備機器の仕様

調達物資の名称及び構成内容内訳

除細動器構成内訳

	名 称	商品コード	数 量
1	除細動器本体 EMS-1052	EMS-1052	1式
2	電源コード W	YZ-001A0	2個
3	リチウムイオンバッテリー SB-121V	SB-121V	1個
4	バッテリーチャージャー	SB-101V	1個
5	ACアダプタ	SC-101V	1個
6	標準12誘導機能/導出18誘導機能ライセンス	QL-002V	1式
7	SDメモ리카ード	QM-002D	1個
8	CO2センサキット TG-980P	P910A	1個
9	小児用カフ YP-711T	S951B	1個
1 0	成人用カフ(小) YP-712T	S951C	1個
1 1	成人用カフ(標準) YP-713T	S951D	1個
1 2	成人用カフ(大) YP-714T	S951E	1個
1 3	フィンガープローブ TL-201T	P225F	1個
1 4	心電図誘導コード BJ-900P	K901	1個
1 5	成人用中継エアホース YN-901P	S902	1個
1 6	エアウェイアダプタ YG-211T	R805	1個
1 7	除細動器レポート表示ソフトウェア	QP-551V	1式
1 8	RQS110-2 記録紙	PAPER-00001	1個
1 9	設置調整費		1式
2 0	納品作業費(AC変換ケーブルを含む)		1式
2 1	EMS-1052 低台座		1式
2 2	移設費用(取り付け費用、取り外し費用含む)		1式

3 調達物品に備えるべき技術的要件

除細動器は以下の要件を満たすこと

(1) 270Jのエネルギー出力ができること

(2) 270Jまでの充電は5秒未満で完了すること（新品満充電バッテリー使用
20℃時）

- (3) 解析時間は最短3秒以下であること
- (4) AEDの出力エネルギーはエスカレーション設定ができること
- (5) 1台で心電図、呼吸、経皮的動脈血酸素飽和度、観血血圧を同時に測定し、波形表示できること（センサ類オプション）
- (6) ETCO2測定はメインストリーム方式であること
- (7) 標準12誘導解析ができること
- (8) アラーム発生時には、画面表示や音だけでなくインジケータによる通知が行えること
- (9) 記録紙の幅が110mmであること
- (10) パッドの断線をセルフチェックできること（P-740使用時）
- (11) 簡易動作チェックの結果を31件分内部保存できること
- (12) 内部保存された簡易動作チェックの結果は、SDカードに保存できること
- (13) 動作環境温度は-20℃から+50℃であること（除細動）
- (14) 時計合わせを自動でできること（AEDLinkage接続時）
- (15) 24時間365日コールセンターにて対応可能であること
- (16) TEC-2500シリーズ、TEC-2600シリーズ、EMS-1052で現在使用している電極リード線やSpO2プローブを継続使用出来ること

第3 検査、受領及び保証等

1 納入検査

納入検査は、阿賀野市消防本部検査員及び納入者が立会いのうえ実施する。

2 受領

納入検査の実施後、阿賀野市消防本部が合格と認めた場合に受領するものとする。

3 保証

設計、製作、材質等の不良により起因する不都合の発生については、供給者において無償により是正修復すること。

第4 納 入

1 納入場所 阿賀野市かがやき地内（阿賀野市消防署かがやき分署）

2 納入期限 令和7年12月31日

第5 その他

疑義が生じた場合は阿賀野市消防本部担当者と協議をし、誤りのないようにすること。